

Be sure.



Infra hőmérsékletmérő

testo 826

Érintésmentes felületi hőmérsékletmérő, amely kiválóan alkalmazható az élelmiszeripari szektorban

6:1 optika a gyors és pontos mérések érdekében

1-pontos lézer jelölés

Infra és beszűrő hőmérsékletmérés kombinációja

Két szabadon beállítható határérték

TopSafe védőtok a műszer védelme érdekében



HACCP minden szempontból: a testo 826 sorozatot erre fejlesztettük ki. Az új processzor biztosítja, a nagyobb felbontást, így a pontosabb mérési értékeket. Ez lehetővé teszi a 0.1°C-os hőmérsékleti pontosságot. A Min./Max. funkció használatával megnézhetjük az előző mérés legmagasabb és legalacsonyabb értékeit. Ön megbízhatóan és biztonságosan ellenőrizheti a termékek hőmérsékletét.

Előnyök:

- Gyors, pontos hőmérséklet ellenőrzés és monitorozás minden körülmény között
- HACCP rendszer biztosítása és folyamatos ellenőrizhetősége, nyomonkövethetősége
- A hűtlánc védelme a tárolás és szállítás alatt
- Csökkentik a romlott termékek arányát és elősegítik az erőforrások felhasználását
- Megfelel a HACCP követelményeknek és az EN 13485 szabványnak

Műszaki adatok

testo 826-T2

Infra hőmérsékletmérő beszúró mérőcsúccsal, 1 pontos lézer jelöléssel és akusztikus riasztással, TopSafe-vel és öv-/fali tartóval

Rend. sz. 0563 8282



testo 826-T4

testo 826-T4, 2-az-1-ben hőmérő lézerrel és riasztással, TopSafe, öv/fali tartó, védőkupak, mélyhűtött áru előfűró

Rend. sz. 0563 8284



Általános műszaki adatok

Spektrális tartomány	8 ... 14 µm
Mintavételezés	0,5 mp
Mérőfolthoz viszonyított távolság	6:1
Emissziós tényező	0,1 ... 1
Mérőfolt jelölő	1 pontos lézerjelölés
Üzemi hőmérséklet	-20 ... +50 °C
Tárolási hőmérséklet	-40 ... +70 °C
Elem típus	2 mikroelem AAA
Elem élettartam	kb. 20 óra
Méret	148 x 34,4 x 19 mm
Kijelző	LCD, 1 soros
Súly	80 g
Garancia	2 év

Érzékelő típusok	Infravörös	NTC (testo 826-T4)
Méréstart	-50 ... +300 °C	-50 ... +230 °C
Pontosság ±1 digit	±1,5 °C (-20 ... +100 °C) ±2 °C vagy 2% mért ért. (maradék tartomány)	±0,5 °C (-20 ... +99,9 °C) ±1 °C vagy 1% mért ért. (maradék tartomány)
Felbontás	0,1 °C	0,1 °C
Spektrális tartomány	8 ... 14 µm	
Mintavételezés	0,5 mp	1,25 mp

Tartozékok

Mérőműszer tartozékok testo 826-T2 + testo 826-T4

Rend. sz.

Hőmérséklet kalibrálás, levegő-/merülő érzékelőkre, 3 választható kalibrálási ponton -40...+180 °C között	28 0520 0101	
DAkkS kalibrációs bizonylat hőmérsékletre Infrahőmérőkre, -18°C; 0°C; +60°C kalibrálási pontokon	0520 0401	
Infra hőmérő kalibrálás 3 választható ponton (-20°C...+150°C)	28 0520 0102	

Testo (Magyarország) Ker. Kft.
1139 Budapest Rőppentyű u. 53.
Telefon: +361 237-1747
Fax: +361 237-1748
E-mail: kapcsolat@testo.hu

www.testo.hu