

Instrument pentru măsurarea intensității luminoase

testo 545 - Lux-metru cu
management al măsurătorilor la
fața locului

Memorează până la 99 de locații

Funcție de logger

Calculul valorii în mai multe puncte sau în timp

Documentarea ușoară la fața locului cu imprimanta rapidă
Testo



Pentru ca intensitatea luminoasă la locul de muncă, în spitale, birouri sau școli să fie conform standardelor aceasta trebuie să respecte anumite valori minime.

testo 545 este ideal pentru testarea și monitorizarea intensității luminii. Software-ul opțional pentru PC vă permite să configurați până la 99 de locații de măsurare, alocă citirile la site-urile de măsurare relevante și conectează valorile salvate individual pentru a un grafic. Profilul obținut din aceste date vă oferă o imagine

uniformitatea a intensității luminoase. Cu ajutorul funcției înregistratorului de date integrat, până la 3000 de valori de măsurare pot fi stocate în instrument. Acest lucru permite utilizatorului să monitorizeze intensitatea luminii chiar și pe o perioadă mai lungă. Rezultatele măsurătorilor pot fi tipărite direct la fața locului cu imprimanta rapidă Testo.

Date tehnice/ Accesorii

testo 545

testo 545, instrument pentru măsurarea intensității luminoase, incl. sondă, baterie și protocol de calibrare.

Cod produs 0560 0545



Tip senzor

Fotodiodă din silicon

Domeniu de măsură	0 la +100000 Lux
Exactitate ±1 cifră	Conform DIN 13032-1: f1 = 6% = V (Lambda) adaptare f2 = 5% = cosine
Rezoluție	1 Lux (0 to +32000 Lux) 10 Lux (0 to +100000 Lux)

General technical data

Ecran	LCD, 2 linii
PC	interfață RS232
Conexiune	Cablu fix, înfășurat
Memorie	3000
Temp. de operare	de la 0 la +50 °C
Temp. de stocare	de la -20 la +70 °C
Tip baterie	9V
Durata de viață baterie	50 ore
Dimensiuni	220 x 68 x 50 mm
Greutate	500 g
Carcasă	ABS
Garanție	2 ani

Accesorii

Cod produs

Accesorii pentru instrumentul de măsură

Geantă de transport (plastic) pentru instrument, sonde și accesorii	0516 0445	
Geantă pentru depozitarea instrumentului	0516 0191	
Imprimanta rapidă IRDA cu interfață în infraroșu wireless, 1 rolă de hârtie termică și 4 baterii AA.	0554 0549	
Acumulator de 9V pentru instrument	0515 0025	
Încărcător acumulator 9V	0554 0025	
Hârtie termică de rezervă pentru imprimantă, cerneală permanentă, 6 role	0554 0568	
ComSoft Professional	0554 1704	
Cablu RS232 pentru conectarea instrumentului la PC (1.8 m) pentru transferul datelor	0409 0178	
Certificat de etalonare ISO pentru lumină; puncte de calibrare 0; 500; 1000; 2000; 4000 Lux	0520 0010	

Testo România
Calea Turzii 247
400495 Cluj-Napoca
Tel. +40 264 202 170
Fax +40 264 202 171
E-mail: info@testo.ro